



EHEDG Tested

Die Reinigbarkeit der Dichtstelle zwischen Sensor und Adapter wurde unter Anwendung der EHEDG Anforderungen bei der EHEDG Prüfstelle TU München geprüft und bestanden (Test Nr. 249/02.06.2010).

Weil sie nicht über die in Doc. 8 geforderte Möglichkeit zur Leckageerkennung verfügen, wird für diese Adapter kein „EHEDG certified“ für Nassanwendungen erteilt.

The cleanability of the sealing point between sensor and adapter was successfully tested according to the EHEDG requirements by the certification authority TU München (Test no. 249/02.06.2010).

As they don't provide a means for visual leak detection as required by Doc. 8, these adapters are not "EHEDG certified" for wet applications.

La nettoyabilité du point d'étanchéité entre capteur et adaptateur process a été testée avec succès selon les exigences EHEDG par l'organisme de contrôle TU München (Test n° 249/02.06.2010).

Comme ils ne contiennent pas de mécanisme pour la détection de fuites prescrit par Doc. 8, ces adaptateurs ne sont pas certifiés selon EHEDG („EHEDG certified“) pour des applications humides.

Overview combination sensor and adapter with regard to EHEDG

Sensor	Adapter	Combination Sensor + Adapter
LMT100	E30055, E30056, E33401, E33402, E33407, E33408, E43300, E43301, E43306, E43307, E43316, E43317, E43318	EHEDG tested
LMT102		
LMT110		
LMT121		
LMT01A		