



FDA – Konformitätserklärung

ifm electronic gmbh

FDA – Declaration of Conformity

Friedrichstraße 1
45128 Essen

Déclaration de conformité FDA

E-Mail: info@ifm.com
Internet: www.ifm.com

Hiermit bestätigt die ifm prover gmbh für die im folgenden aufgeführten Geräte mit Zubehör:	ifm prover gmbh hereby confirms for the units with accessories listed below:	Par la présente, ifm prover gmbh confirme pour les unités avec accessoires suivantes :
Füllstandssensoren:	Level sensors:	Capteurs de niveau :
LMH600, LMH610, LMT01A, LMT03A, LMT04A, LMT100, LMT102, LMT104, LMT105, LMT110, LMT121, LMT202, LMT302, LR2750, LR2759 LW2120, LW2720, LW2160, LW2760		
Prozessadaption:	Process adapters:	Adaptateurs process :
E33403, E33405, E33408, E43030, E43031, E43033, E43034, E43035, E43300, E43301, E43302, E43303, E43304, E43305, E43306, E43307, E43309, E43310, E43311, E43312, E43315, E43316, E43317, E43318, E43319, E43322, E43323, E43325, E43326, E43329, E43338, E43339, E43340, E43341, E43342, E43343, E43344, E43345, E43346, E43347, E43348, E43358, E43360, E43370, E43407, E43412, E43416, E43417, E43918, E43919, E43920		
dass die mit Medium in Kontakt stehenden Oberflächen bzw. Materialien, bestehend aus Edelstahl 316 L (1.4404 / 1.4435) und / oder einem der folgenden Grundstoffe: - Keramik (Al ₂ O ₃) - Elastomer (FKM / FFKM / EPDM) - Kunststoff (PTFE / PEEK) u. a. auf Grundlage der Lieferantenbescheinigungen konform sind zu:	that the surfaces / materials in contact with the medium, consisting of stainless steel 316L (1.4404 / 1.4435) and / or one of the following basic materials: - ceramics (Al ₂ O ₃) - elastomer (FKM / FFKM / EPDM) - plastics (PTFE / PEEK) are, among others on the basis of supplier declarations, compliant with:	que les surfaces / matières en contact avec le fluide, composés d'acier inox 316L (1.4404 / 1.4435) et / ou l'une des matières de base suivantes : - céramique (Al ₂ O ₃) - élastomère (FKM / FFKM / EPDM) - plastique (PTFE / PEEK) sont, entre autre sur la base des déclarations des fournisseurs, conformes à:



**CFR Title 21 (FDA) § 177.2600 bzw./or/ou
CFR Title 21 (FDA) § 177. 1550 bzw./or/ou
CFR Title 21 (FDA) § 177. 2415**

Tettnang, 18.06.2025

.....
**i.V. Stefan Kreis
Technical Manager**