

ISO-KALIBRIERUNG LDL101

Приложение	
Исполнение	для типов LDL101
Механические данные	
Вес [g]	10



ISO calibration certificate for conductivity sensors (initial calibration)

ISO-KALIBRIERUNG LDL101

Примечания	
Примечания	the ISO calibration certificate is not recognised according to the EA MLA (Multilateral Agreement) and is therefore considered as not traced.
	Сертификат о калибровке должен заказываться при заказе датчика.
	Соответствующий датчик поставляется с калибровочным сертификатом.
	Сертификат о калибровке на двух языках (немецкий/английский).
	Повторная калибровка или последующие заказы возможны только в том случае, если прибор возвращается в чистом состоянии, без каких-либо приспособлений (условие при поставке) и сопровождается заполненной декларацией о дезинфекции.
Упаковочная величина	В интернет версии спецификации, в закладке "Файлы для скачивания" находится образец сертификата.
	1 шт.